

**SECRETARÍA DE SALUD**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS  
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

**REGISTRO SANITARIO No.**  
**1215E2021 SSA**  
**No. DE SOLICITUD**  
**203300401B2453**

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXV, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391bis fracción IV y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 1, 82, 83, 153, 157, 179, 180, 181 del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo primero del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 23 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Tecms Comercializadora, S.A. de C.V.  
Domicilio: Carretera a Los Arquitos No. 603, Colonia Los Arquitos, C.P. 20996, Jesús María, Aguascalientes, México.  
R.F.C. TCO161110RP7

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Denominación Distintiva: TRI-BEAM  
Denominación Genérica: Sistema de Láser Quirúrgico.  
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: I. Equipo Médico  
Clasificación del insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II  
Fabricado por: Jeisys Medical Inc.  
Domicilio: 307, 308, 401, Daeryung Techno Town 8th, 96 Gamasan-ro, Geumcheon-gu, 08501 Seoul, Corea.  
Importado y Distribuido por: Tecms Comercializadora, S.A. de C.V.  
Domicilio: Carretera a Los Arquitos No. 603, Colonia Los Arquitos, C.P. 20996, Jesús María, Aguascalientes, México.

Indicaciones de uso:

TRI-BEAM está indicado para los siguientes tratamientos:

- Eliminación de tatuajes.
- Tratamiento de lesiones pigmentadas como: lentigos, mancha café late, manchas de nacimiento, melasma, etc.
- Peeling de carbón.
- Tratamiento con pulso cuasi largo para peeling superficial.

Descripción:

TRI-BEAM es una unidad láser Nd: YAG diseñada con un enfoque en la seguridad, que se compone del cuerpo principal, pantalla LCD táctil, pieza de mano, brazo articulado y pedal para su funcionamiento.

Presentaciones:

1 Unidad principal TRI-BEAM.

Componentes:

- Brazo articulado.
- Pieza de mano Zoom.
- Pieza de mano Colimada.
- Pedal.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario y guía de tratamientos.
- Goggles protectores para paciente.
- Lentes protectores para médico.

Publicidad dirigida a:

Profesionales de la Salud

Fecha de emisión:

18 de agosto de 2021

Fecha de vencimiento:

18 de agosto de 2026

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS**  
**Y ESTABLECIMIENTOS**

  
\_\_\_\_\_  
**IVÁN OMAR CALDERÓN LOJERO**

**OBSERVACIONES AL REGISTRO:**

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.

  
LCA/BGG/MCDZ/TGCH